

Vorgang: Schneller quantitativer Nachweis von freiem Chlor mit Chlor-Teststäbchen

LV SV

Beschreibung: In die zu untersuchenden Wasserproben taucht man für eine Sekunde ein handelsübliches Chlor-Teststäbchen. Man streift die Flüssigkeit ab und vergleicht die Testzone mit der Farbskala auf der Packung.

Schadensrisiko:

Beteiligte Gefahrstoffe:

andere Stoffe:

Wasserproben (Leitungswasser, Schwimmbadwasser)

Substitutionsprüfung durchgeführt

Substitution nicht erforderlich: keine Gefahrstoffe im Experiment

Besondere Sicherheitshinweise:

Maßnahmen / Gebote:



Schutzbrille

----- Schule ----- Lehrkraft ----- Unterschrift